



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июля 2025 года № РЗН 2025/25904

На медицинское изделие

Гель универсальный, электродный для УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ
по ТУ 32.50.50-003-46002725-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕО-МЕДИКАЛ ПРОДАКШИН"
(ООО "ЛЕО-МЕДИКАЛ ПРОДАКШИН"), Россия,
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 13, кв. 370

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕО-МЕДИКАЛ ПРОДАКШИН"
(ООО "ЛЕО-МЕДИКАЛ ПРОДАКШИН"), Россия,
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 13, кв. 370

Место производства медицинского изделия

ООО "ЛЕО-МЕДИКАЛ ПРОДАКШИН", Россия, 420021, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, к. 4, 3 эт.

Номер регистрационного досье № РД-68345/15221 от 28.03.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 16 июля 2025 года № 4431
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0085815

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июля 2025 года № РЗН 2025/25904

Лист 1

На медицинское изделие

Гель универсальный, электродный для УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ
по ТУ 32.50.50-003-46002725-2023, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Гель универсальный для УЗИ, низкой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.
2. Гель универсальный для УЗИ, средней вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.
3. Гель универсальный для УЗИ, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл/1 л/5 л.
4. Гель универсальный для УЗИ, средней вязкости, бесцветный, с пантенолом, объемом 250 мл/1 л/5 л.
5. Гель универсальный для УЗИ, средней вязкости, бесцветный, с алое вера, объемом 250 мл/1 л/5 л.
6. Гель универсальный для УЗИ, высокой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.
7. Гель электродный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, низкой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.
8. Гель электродный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.
9. Гель электродный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, высокой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл/1 л/5 л.

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.

≠

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0166602